

MagicPure[®] Up 32 Viral DNA/RNA Kit

磁珠法病毒核酸提取试剂盒（32通道，兽用高效版）

使用前请仔细阅读说明书

目录号：EC341-32

版本号：Version 1.0

产品说明

本试剂盒针对水产及畜禽类样本，快速裂解样本并释放病毒DNA/RNA，利用硅基磁珠结合并纯化病毒DNA/RNA。适用于从≤200 μl全血、血浆、血清、口鼻液、尿液、组织、粪便、饲料、环境样本中提取病毒DNA/RNA。所得产物纯度高，适合PCR、RT-PCR、qPCR和qRT-PCR等实验。

产品组成

组成	EC341-32-11 (32 T/盒)	EC341-32-12 (64 T/盒)
Viral DNA/RNA Reagents Plate	2块	4块
8-Tip Comb	4个	8个

Viral DNA/RNA Reagents组成

列号	试剂组成	体积
列1/7	Binding Buffer 46 for Plate (BB46 for Plate)	500 μl
列2/8	Magnetic Virus Beads for Plate	300 μl
列3/9	Clean Buffer 46 for Plate (CB46 for Plate)	500 μl
列4/10	Wash Buffer 46 for Plate (WB46 for Plate)	500 μl
列5/11	Wash Buffer 46 for Plate (WB46 for Plate)	500 μl
列6/12	RNase-free Water	80 μl

储存条件和保质期：该试剂盒置于15℃-30℃温度下保存一年，避免冻存。试剂盒生产日期和有效期至见产品标签。

样本要求

- 样本置于2-8℃保存不超过72小时，或置于-70℃长期保存。
- 避免反复冻融样本。

检测方法

1、病毒DNA/RNA提取试剂准备

从试剂盒中取出预封装96孔深孔板，去掉深孔板的外包装，将96孔深孔板颠倒混匀数次使磁珠重悬，轻甩深孔板使试剂及磁珠均集中到深孔板底部（也可使用深孔板离心机，500 rpm离心不超过1分钟），小心撕去铝箔封口膜，避免深孔板振动，防止液体溅出。

2、自动化核酸提取仪操作步骤

2.1 样本处理

- 液体样本处理：

（如全血、血浆、血清、唾液、鼻液、尿液、疫苗）

含有病毒的新鲜液体样本应充分混匀（全血样本应使用抗凝管采集和保存），样本需平衡至室温。如样本量不足200 μl，可用1×PBS或0.9% NaCl补足。



当疫苗样本为乳苗或油苗剂型时需在提取前进行破乳操作，推荐方法如下：

- (1)样品中加入1/2体积的氯仿充分混合，再加入1/5原始样品体积的2 M硫酸铵溶液。
- (2)充分混合后5,000×g，3 min常温离心。
- (3)吸取200 μl上清并按“液体样本处理”方法进行核酸提取。

• 固体样本的处理：

(如口鼻拭子、环境纱布、粪便拭子)

将刮取样本后的拭子头或纱布与其保存液一起涡旋振荡5分钟，使拭子上粘附的样本被充分洗脱下来。

(如动物组织、饲料颗粒)

取新鲜组织或饲料样本，加入适量1×PBS或生理盐水充分匀浆，涡旋振荡5分钟，充分离心使固液彻底分离。

2.2 向列1/7各孔中 (含有BB46 for plate)加入200 μl上述样本液体上清，将96孔深孔板放置于32通道自动化核酸提取仪底座上。

2.3 将磁棒套插入32通道自动化核酸提取仪磁棒套卡槽内。

2.4 运行32通道自动化核酸提取仪病毒自动化提取程序。

*设置裂解温度80℃，洗脱温度80℃，然后按下表设置程序。

步骤	工位	名称	等待时间	混合时间	混合速度	磁吸时间	容积
1	1	裂解	0 min	2 min	快	0 sec	700 μl
2	2	移磁珠	0 min	10 sec	快	30 sec	300 μl
3	1	结合	0 min	3 min	快	30 sec	700 μl
4	3	漂洗1	0 min	30 sec	快	30 sec	500 μl
5	4	漂洗2	0 min	30 sec	快	30 sec	500 μl
6	5	漂洗3	0 min	30 sec	快	30 sec	500 μl
7	6	洗脱	2 min	2 min	快	30 sec	80 μl
8	2	弃磁珠	0 min	10 sec	快	0 sec	300 μl

2.5 程序结束后，将列6/12各孔中的DNA/RNA吸出，置于-20℃或-70℃保存。

注意事项

- 为保证所提取核酸的品质，避免样本反复冻融。
- 使用Nuclease-free的无菌离心管和枪头，避免病毒DNA/RNA被降解。

本产品仅供研究，不用于临床诊断。

版本号: V1.0-202209

服务电话 +86-10-57815020

服务邮箱 complaints@transgen.com

